

【貯蔵方法・有効期間・包装単位・製品コード】

製 品 名	貯 蔵 方 法	有 効 期 間	包 装 単 位	製 品 コー ド
イムノピアリ® 1	2～8℃	1年間	3mL×2	G-XC51

【データ】

表には各成分を重複測定して得られた測定値と参考範囲を記載している。
各測定値は測定手技等により若干変動することがあるので、各施設で独自の管理値・参考範囲を設定することを推奨する。

イムノピアリ1		Lot.64101		使用期限 '27.04	
測定装置		HITACHI 7180			
項目	試薬名	単位	測定値	参考範囲	
CRP	LZテスト‘栄研’ CRP-HG	mg/dL	0.51	0.45	～ 0.57
	LZテスト‘栄研’ CRP-RV	mg/dL	0.51	0.45	～ 0.57
ASO	LZテスト‘栄研’ ASO	IU/mL	93.5	81.8	～ 105.2
RF	LZテスト‘栄研’ RF	IU/mL	18.8	16.0	～ 21.6
α_1 -M	LZテスト‘栄研’ α_1 -M	mg/L	18.5	16.2	～ 20.8
β_2 -M	LZテスト‘栄研’ β_2 -M	mg/L	3.8	3.3	～ 4.3
Cys-C	LZテスト‘栄研’ シスタチンC	mg/L	0.79	0.69	～ 0.89
Ferritin*	LZテスト‘栄研’ FER	ng/mL	63	55	～ 71
IgG	N-アッセイTIA IgG-SH ニットーボー	mg/dL	1100	880	～ 1320
IgA	N-アッセイTIA IgA-SH ニットーボー	mg/dL	240	192	～ 288
IgM	N-アッセイTIA IgM-SH ニットーボー	mg/dL	95	76	～ 114
C3	N-アッセイTIA C3-SH ニットーボー	mg/dL	144	115	～ 173
C4	N-アッセイTIA C4-SH ニットーボー	mg/dL	24.2	19.4	～ 29.0

測定装置		BM6050			
項目	試薬名	単位	測定値	参考範囲	
IgD*	LX試薬‘栄研’ IgD-II	mg/dL	2.5	2.1 ～ 2.9	

注) ※印の項目においては、弊社で参考までに測定した結果。
ロットにより大きな濃度差が生じることがある。

【問い合わせ先】

栄研化学株式会社 お客様相談窓口
フリーダイヤル☎0120-308-421

